



# Consum anual d'heli líquid

La taula següent és un resum dels consums anuals d'helo líquid, així com les circumstàncies que puguin explicar un increment important del consum.

| Any  | Nombre de recàrregues | Total litres de LHE | Imants superconductors                                     | Observacions                                                                                                                        |
|------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 10                    | 960 L               | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP (gener i febrer) | Fins el 2020-07-31.                                                                                                                 |
| 2019 | 14                    | 2395 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP (gener i febrer) | Fins el 2019-12-18. Inclou recàrrega del camp del 600 MHz (200L de 360L) i per manteniment del Biospec (200L + 285L).               |
| 2018 | 18                    | 2735 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | Fins el 2018-12-19. Inclou refredament i recàrregues per quench del 600 MHz.                                                        |
| 2017 | 18                    | 2460 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | Fins el 2017-12-13. Inclou refredament i recàrrega del 250robot per quench.                                                         |
| 2016 | 16                    | 3395 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | Inclou recàrrega de camp del 400wb i manteniment del BioSpec                                                                        |
| 2015 | 15                    | 2460 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | —                                                                                                                                   |
| 2014 | 17                    | 2460 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | Inclou recàrrega de camp del 360                                                                                                    |
| 2013 | 24                    | 3132 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | Inclou tasques manteniment BioSpec                                                                                                  |
| 2012 | 23                    | 2300 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | Inclou recàrrega de camp del 400wb                                                                                                  |
| 2011 | 18                    | 2680 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | Inclou refredament i càrrega del 250-robot, recàrrega extra del DNP per problemes, així com les tasques de manteniment del BioSpec. |
| 2010 | 15                    | 2080 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP                  | Inclou refredament i càrrega del DNP                                                                                                |
| 2009 | 12                    | 1790 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec                       | Inclou tasques manteniment BioSpec                                                                                                  |
| 2008 | 15                    | 1760 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec                       | Inclou refredament del 400wb per quench                                                                                             |
| 2007 | 11                    | 2126 L              | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec                       | Inclou refredament i recàrrega del 360 per quench, i instal·lació del 600 i BioSpec                                                 |
| 2006 | 12                    | 1060 L              | 2×250, 360, 2×400, 500                                     | Inclou refredament i recàrrega del 250robot per quench                                                                              |



From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=consum\\_anual\\_lhe&rev=1596207155](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=consum_anual_lhe&rev=1596207155)

Last update: **2020/07/31 16:52**

