

# Ultracongelador Nuaire NU-9333E

Frigorífic d'ultra-baixa temperatura Nuaire NU-9333E.

Comprat a *NIRCO, S.L.* amb data de 2011-05-05, i instal·lat al SeRMN amb data de 2011-05-25.

S'ha instal·lat al costat de l'espectròmetre DPX-250 + BACS (robot) per no destorbar el pas, junt amb les altres neveres del servei.

## Dades per l'inventari

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Descripció      | Congelador d'ultra-baixa temperatura |
| Marca           | NUAIRE                               |
| Model           | NU-9333E                             |
| Núm. sèrie      | 09030019                             |
| Núm. referència | —                                    |
| Potència        | 710 W                                |
| Mides           | 750W x 876D x 1850H (en mm)          |
| Emplaçament     | c2/-135                              |

## Altres dades tècniques

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Refrigerant | R-4070:R-508 (TP5R3) |
| Càrrega     | 451:205 g            |

## Dades de la compra

|                 |               |      |            |
|-----------------|---------------|------|------------|
| Venedor         | NIRCO, S.L.   |      |            |
| Núm. de comanda | 4.500.101.912 | Data | 2011-05-05 |

## Canvi de la bateria

L'ultracongelador incorpora una bateria recarregable de níquel-hidrur metàl·lico (Ni-MH) amb una durada superior als tres anys. Alhora, l'ultracongelador inclou un comptador de temps de vida de la bateria que poc abans dels 3 anys activa l'avís lluminós “Battery” per recordar que cal canviar-la.

Les especificacions del recanvi són:

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Referència     | 6242099284                                                                     |
| Descripció     | BATTERY FOR NU9668E AND NU9483E                                                |
| Observacions   | Batería solicitada para un ultracongelador NU-9333E con nº de serie: 09030019. |
| Preu aproximat | uns 50 €                                                                       |

Les instruccions per canviar la bateria i reiniciar el comptador de temps es poden consultar al [document](#)

## NuAire - Replacement of Battery.

[Per més informació, consultar el](#)

NuAire Ultra Low Temperature Freezer User Manual.

## Documentació



La documentació impresa la té na Míriam.

- NuAire Ultra Low Temperature Freezer User Manual.
  - NuAire Glacier Blue Features Sheet.
  - NuAire Glacier Blue Freezer Brochure.
- NuAire Glacier Brochure - NU9334 and other models.

## Altres enllaços

- [Brochure of Nuaire Glacier NU-9668 deep freezer.](#)
- [http://www.integra-biosciences.de/downloads/Prospekt\\_-86C\\_Tiefkhlshrne.pdf](http://www.integra-biosciences.de/downloads/Prospekt_-86C_Tiefkhlshrne.pdf)
- <http://www.nirco.com/pdf/Crioconservacion.pdf>
- [http://www.isisco.ie/isis/Files/Glacier%20Blue%20freezer\\_broch.pdf](http://www.isisco.ie/isis/Files/Glacier%20Blue%20freezer_broch.pdf)
- ...

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=ultracongelador\\_nuaire\\_nu9333e&rev=1667471943](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=ultracongelador_nuaire_nu9333e&rev=1667471943)

Last update: **2022/11/03 11:39**

