

Ultracongelador Nuaire NU-9333E

Frigorífic d'ultra-baixa temperatura Nuaire NU-9333E.

Comprat a *NIRCO, S.L.* amb data de 2011-05-05, i instal·lat al SeRMN amb data de 2011-05-25.

S'ha instal·lat al costat de l'espectròmetre DPX-250 + BACS (robot) per no destorbar el pas, junt amb les altres neveres del servei.

Dades per l'inventari

Descripció	Congelador d'ultra-baixa temperatura
Marca	NUAIRE
Model	NU-9333E
Núm. sèrie	09030019
Núm. referència	—
Potència	710 W
Mides	750W x 876D x 1850H (en mm)
Emplaçament	c2/-135

Altres dades tècniques

Refrigerant	R-4070:R-508 (TP5R3)
Càrrega	451:205 g

Dades de la compra

Venedor	NIRCO, S.L.		
Núm. de comanda	4.500.101.912	Data	2011-05-05

Canvi de la bateria

L'ultracongelador incorpora una bateria recarregable de níquel-hidrur metàl·lico (Ni-MH) amb una durada superior als tres anys. Alhora, l'ultracongelador inclou un comptador de temps de vida de la bateria que poc abans dels 3 anys activa l'avís lluminós “Battery” per recordar que cal canviar-la.

Les especificacions del recanvi són:

Referència	6242099284
Descripció	BATTERY FOR NU9668E AND NU9483E
Observacions	Batería solicitada para un ultracongelador NU-9333E con nº de serie: 09030019.
Preu aproximat	uns 50 €

Les instruccions per canviar la bateria i reiniciar el comptador de temps es poden consultar al [document](#)

NuAire - Replacement of Battery.

[Per més informació, consultar el](#)

[NuAire Ultra Low Temperature Freezer User Manual.](#)

Documentació



La documentació impresa la té na Míriam.

- NuAire Ultra Low Temperature Freezer User Manual.
 - NuAire Glacier Blue Features Sheet.
 - NuAire Glacier Blue Freezer Brochure.
- NuAire Glacier Brochure - NU9334 and other models.

Enllaços

- [NuAire website](#)
 - [Laboratory equipment resources](#)

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=ultracongelador_nuaire_nu9333e&rev=1667472330

Last update: **2022/11/03 11:45**

